

на испытательное оборудование

4 Технические характеристики.

Точность поддержания температуры, °С: 3,0

5 Результаты первичной аттестации от 06.12.2011 г.

| Проверяемая характеристика | Установленное значение | Допускаемое значение |
|--|------------------------|----------------------|
| Отклонение температуры от заданной, °С | 2,2 | 5,0 |
| Стабильность поддержания температуры, °С | 1,7 | 3,0 |

Техническое обслуживание проводится при проведении периодической аттестации

[Signature]

Мигаль П.В.

6 Журнал периодической аттестации и технического обслуживания.

[illegible]